

Утверждаю
Генеральный директор
ТОО «Уранэнерго»
Искаков Д.М.
« » » » 2019 год.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуги «Проверка анализатора ВЧ-связи, PLC, кабелей связи и xDSL AnCom A-7/307 на РПБ»

№ п/п	Заказчик	ТОО «Уранэнерго»
1	Местоположение	Кызылординская обл., п.Шиели.
2	Задачи	Повышение надежности и эффективности устройств.
3	Сроки поставки	31.01.2020г.
4	Закупаемая услуга	Услуга по проверке анализатора ВЧ-связи, PLC, кабелей связи и xDSL AnCom A-7/307 на РПБ.
5	Предлагаемая работа	Выполнить: <ul style="list-style-type: none">• Опробование;• Определение погрешности установки и измерения частоты;• Определение погрешности установки и измерения уровня в диапазоне частот;• Определение погрешности установки и измерения уровня на частоте 100кГц;• Определение погрешности и измерения АЧХ и ГВП;• Определение погрешности и измерения ЧХ асимметрии;• Определение погрешности и измерения ЧХ импеденса;• Проверка целостности аппаратуры;• Ультра магнитная тестирования материнской платы на наличие повреждений;• Проверка емкости конденсаторов согласно заявленного завода изготовителем;• Проверка микросхему на полную функциональность, взаимодействие с системой управления.• Пере прошивка системы согласно выявленных отклонений в системе телеметрических измерений.

Составил:
Инженер связи ССДТУ

Согласовал:
Заместитель генерального директора

Начальник энергокомплекса

Начальник ПТО



Бегимбет Б.Г.

Аламан А.Т.

Есжигитов Ж.А.

Абуов Б.А.